

Số: /BVBY-TMBG

Bảo Yên, ngày tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ thẩm định giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên năm 2025-2026, với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, Địa chỉ: Số 536, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn thư, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Số điện thoại liên hệ: 02143.877.589. Email: bvdkhbaoyenlc@gmail.com (liên hệ trong giờ hành chính để tiếp nhận báo giá và trao đổi thông tin).

3. Cách tiếp nhận báo giá:

- Nhận bản giấy bao gồm một bản chính báo giá theo mẫu, có đủ thông tin của cơ sở báo giá và số điện thoại liên hệ, được kí tên, đóng dấu Người đại diện hợp pháp của cơ sở báo giá và File mềm báo giá theo địa chỉ Email: : bvdkhbaoyenlc@gmail.com

- Báo giá phải được niêm phong trong phong bì thư. Trên phong bì thư ghi rõ tên gói thầu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13 giờ 30 ngày 17 tháng 03 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 ngày 24 tháng 3 năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không hợp lệ.

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Hồ sơ báo giá

1. Báo giá: Theo mẫu tại phụ lục đính kèm.
2. Hồ sơ năng lực của công ty.

III. Thông tin về gói thầu mặt hàng hóa chất, vật tư y tế

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên
- Danh mục hàng hóa yêu cầu thẩm định giá: 17 danh mục (Chi tiết tại phụ lục đính kèm)
- Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu mua sắm hàng hóa: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Đề nghị các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá các hàng hóa thuộc gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên năm 2025-2026 tham gia chào giá dịch vụ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên rất mong nhận được phản hồi thông tin từ quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; KD; TCHC-TCKT

GIÁM ĐỐC

PHẠM HỒNG VIỆT

PHỤ LỤC - MẪU BÁO GIÁ

(Kèm công văn số: / YCBG-BVĐK ngày 17 / 3 /2025 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số / YCBG-BVĐK ngày 17 / 3 /2025 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, chúng tôi :

- Công ty:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại liên hệ:
- Email:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
- Mã số thuế:

Xin được báo giá dịch vụ thẩm định giá như sau:

1. Báo giá cho dịch vụ tư vấn đấu thầu và dịch vụ liên quan:

STT	Tên dịch vụ tư vấn	Nội dung công việc cụ thể	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1.						
2.						
	Tổng cộng:					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng.....năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên năm 2025-2026

(Kèm công văn số: / YCBG-BVĐK ngày 17 / 3 /2025 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên)

STT	Tên hàng hóa theo	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Acid Citric	Tinh thể màu trắng, có mùi đặc trưng	25 kg/1 bao	Kg	600
2	Dung dịch khử trùng quả lọc thận nhân tạo	Thành phần chính bao gồm: - Hydrogen Peroxide: 26,53% w/w - Acetic Acid: 7,83% w/w - Peracetic Acid: 5,00% w/w	thùng 5 kg/ can 5 lít	Lít	40
3	Muối hoàn nguyên	Màu trắng; Không mùi	25 kg/1 bao	Kg	6,000
4	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid)	Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210,68 g - Kali clorid: 5,22 g - Calci clorid.2H ₂ O: 9,00 g - Magnesi clorid.6H ₂ O: 3,56 g - Acid acetic băng: 6,31g - Glucose.H ₂ O: 38,50 g (Hoặc Glucose khan: 35,00 g) - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất	Can 10 lít	Lít	35,000

5	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat)	Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,0 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất	Can 10 lít	Lít	35,000
6	Javen	Javen 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng	30 lít/1 can	Lít	50
7	Catherter thận nhân tạo 2 nòng	Chất liệu Polyurethane. Loại đầu cong hoặc thẳng, 2 nòng. Kích cỡ: 12F, Chiều dài catheter: 20 cm - Cấu tạo tối thiểu bao gồm: catheter, nong, kim dẫn đường chữ Y sắc bén, xy lạnh, dây luồn dẫn hướng, băng dán, nắp heparin, dao mổ, chỉ liền kim	10 bộ/1 hộp	Bộ	30
8	Quả lọc thận nhân tạo	Chất liệu màng: polyethersulfone Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/Polyurethane Diện tích màng lọc: 1.5 m² Hệ số siêu lọc: 16 ml/h/mmHg Thể tích mỗi khoảng 85 Hệ số thanh thải tại 300 ml/phút: Urea: 258ml/phút; Creatinin: 231ml/phút; Phosphate: 202ml/phút; Vitamin B12: 119ml/phút Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; EC Xuất xứ: Châu Âu	30 quả/ 1 thùng	Quả	1,500

9	Dây lọc máu	Dây máu chạy thận có kèm 2 bộ bảo vệ cảm biến. Thẻ tích làm đầy 156 ml. Làm bằng nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các thành phần khác: PVC, PE, PP, PC, ABS và các nguyên liệu y khoa. Dây tĩnh mạch với bầu tĩnh mạch dài khoảng 130mm. Dây động mạch với bơm máu (đường kính trong 8mm x đường kính ngoài 12mm x chiều dài 350mm), bầu động mạch dài khoảng 130mm. Tiệt trùng bằng ETO.	24 bộ dây/thùng	Bộ	1,500
10	Kim chạy thận nhân tạo	Kim cỡ 16G. Bao gồm loại cánh xoay. Thiết kế backeye. Chiều dài kim 25mm. Kim làm tối thiểu bằng thép không rỉ và được bao bọc tối thiểu bằng silicone.	500 cái/ 1 thùng	Cái	12,000
11	Gạc chạy thận nhân tạo	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	30 cái/gói	Miếng	15,000
12	Phin lọc khí	Đầu nối bảo hộ/Phin lọc khí - Đóng gói vô trùng từng cái rất an toàn trước khi sử dụng - Hệ thống QMS của sản phẩm đạt tối thiểu EN ISO 13485:2016	500 cái / 1 thùng	Cái	5,000
13	Băng dính 3M	Băng cuộn 5cm x 5m	01 cuộn/ hộp nhỏ	Cuộn	5,000

14	Test kiểm tra tồn dư chlorine	Có thể kiểm tra nước với các nồng độ tối thiểu: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm Thời gian nhúng và đọc kết quả: 30 giây	100 test/lọ	Test	600
15	Test kiểm tra độ cứng của nước	Có thể kiểm tra nước với các nồng độ tối thiểu: 0, 10, 25, 50 và 120ppm Không sử dụng để kiểm tra nước có độ cứng > 120 ppm. Thời gian nhúng: 1 giây Thời gian đọc kết quả: 10 giây	50 test/lọ	Test	600
16	Test thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo	Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm Không dùng Que thử để kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide lớn hơn 20 ppm Thời gian nhúng: 2 giây Thời gian đọc kết quả: 15 giây	100 test/lọ	Test	200
17	Test thử hiệu năng Peracetic Acid trong chạy thận nhân tạo	Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm. Thời gian nhúng: 1 giây. Thời gian đọc kết quả: 10 giây	100 test/lọ	Test	200